

Chiritorol 2024LR Purple Bottle (製造番号: 015401 有効期限: 2025.12.31) 認証値設定 2024年2月

項目	認証値	単位	許容範囲	許容幅
Na	143	mmol/L	141 ~ 145	±2mmol/L
K	5.2	mmol/L	5.0 ~ 5.4	±0.2mmol/L
CL (日立電極以外)	106	mmol/L	103 ~ 109	±3mmol/L
CL (日立電極)	104	mmol/L	101 ~ 107	±3mmol/L
Ca	10.8	mg/dL	10.3 ~ 11.3	±0.5mg/dL
GLU	178	mg/dL	173 ~ 183	±5mg/dL
TCH	143	mg/dL	135 ~ 151	±8mg/dL (±5%)
TG	51	mg/dL	48 ~ 54	±3mg/dL (±5%)
HDLミナリスメタボリード	43	mg/dL	40 ~ 46	±3mg/dL
HDL積水コレステスト	52	mg/dL	49 ~ 55	±3mg/dL
LDLミナリスメタボリード	82	mg/dL	77 ~ 87	±5mg/dL
LDL積水コレステスト	64	mg/dL	59 ~ 69	±5mg/dL
TP	6.7	g/dL	6.5 ~ 6.9	±0.2g/dL
ALB (New BCP)	4.2	g/dL	4.0 ~ 4.4	±0.2g/dL
T-BIL	2.0	mg/dL	1.7 ~ 2.3	±0.3mg/dL
CRP	1.93	mg/dL	1.73 ~ 2.13	±0.20mg/dL
UA	6.3	mg/dL	6.0 ~ 6.6	±0.3mg/dL
BUN	32.5	mg/dL	30.5 ~ 34.5	±2mg/dL
CRE	2.91	mg/dL	2.71 ~ 3.11	±0.20mg/dL
AST	90	U/L	85 ~ 95	±5U/L (±5%)
ALT	72	U/L	68 ~ 76	±4U/L (±5%)
γ-GT	75	U/L	71 ~ 79	±4U/L (±5%)
ALP	95	U/L	90 ~ 100	±5U/L (±5%)
LD	283	U/L	268 ~ 298	±15U/L (±5%)
CK	303	U/L	287 ~ 319	±16U/L (±5%)
AMY	214	U/L	203 ~ 225	±11U/L (±5%)
ChE	328	U/L	311 ~ 345	±17U/L (±5%)
Fe	146	μg/dL	138 ~ 154	±8μg/dL (±5%)
Mg	2.6	mg/dL	2.4 ~ 2.8	±0.2mg/dL
IP	5.8	mg/dL	5.6 ~ 6.0	±0.2mg/dL
IgG	1008	mg/dL	957 ~ 1059	±51mg/dL (±5%)
IgA	215	mg/dL	193 ~ 237	±22mg/dL (±10%)
IgM	89	mg/dL	80 ~ 98	±9mg/dL (±10%)

(留意事項)

チリトロール2000Lを検量用物質 (キャリブレーション) として用いることに対して、データの保証はいたしません。